Presets SCENAR *Physio*

El modelo Physio SCENAR incorpora una serie de parámetros preconfigurados que están diseñados para aplicación de acuerdo a los conceptos explicados.

Para acceder a los *PRESETS* se debe mantener presionado el botón derecho (flecha) hasta que aparece en la pantalla el menú **“Load”**. En ese menú encontraremos los siguientes ajustes:

Physio SCENAR (Presets)

1. Point Pain
2. Small Pain
3. Large Pain
4. Refer Pain
5. Lymphatic
6. TP/Edema
7. Drainage
8. Congestion
9. Myo 1
10. Myo 1AM
11. Myo 2
12. Myo 2AM
13. Myo Deep
14. Joint tr.
15. Joint Acute
16. Joint Chronic
17. Nerve Stim
18. Spastic
19. Sensitivity
20. NS Central
21. NS Periph
22. Sport Prep
23. Sport After
24. Milk Acid
25. Sup. Massage
26. Cell Activ
27. Scars
28. Substance
29. Fast Aid
30. NP Acute
31. FMVar
32. Irradiation

1. Point Pain

Se aplica con el electrodo coaxial

Se emplea para tratar en modo contínuo dinámico (lento) o estático un punto doloroso o de lesión pequeño

Se emplea para tratar capsula articular

Si se mantiene estático se puede añadir AM 3:1

Concepto local de penetración

2. Small Pain

Se aplica con el electrodo coaxial o con campanas.

Se emplea para tratar en modo contínuo dinámico lento una zona dolorosa de un tamaño de la superficie de una mano

Se emplea también para radiculitis y en los puntos de infiltración articular

Concepto local de penetración

3. Large Pain

Se aplica con el electrodo coaxial o con campanas.

Se emplea para tratar en modo dinámico lento una zona dolorosa amplia, que corresponda a un dolor crónico o a un dolor de tejidos por debajo de la dermis.

Concepto local de penetración

4. Refer Pain

Se aplica con el electrodo coaxial o electrodos accesorios

Se emplea para tratar áreas grandes de dolor en modo dinámico, tipo dermalgia o de dolor referido en su componente neuro-reflejo.

Concepto de aplicación reflexológica

5. Lymphatic

Se puede aplicar con el electrodo coaxial o con los electrodos externos de campana (en caso de pares de ganglios), en función de los requerimientos anatómicos.

Se emplea para tratar la proyección anatómica en piel de ganglios linfáticos en modo estático durante 30-60 seg por punto de proyección.

El concepto es físico local de agitación del ganglio

6. TP / Edema

Se aplica con el electrodo coaxial. Para tratar puntos gatillo miofasciales (TP) situándose sobre el punto 2 min.

También para tratar zonas edematosas punto por punto, permaneciendo en modo estático durante 2 min.

7.Drainage

Se aplica con el electrodo coaxial o con campanas en modo dinámico en la proyección de zonas cuyo objetivo sea drenar el tejido.

Es un concepto de penetración para actuar sobre la matrix extracelular

8. Congestion

Se aplica con el electrodo coaxial.
Tratamiento dinámico cepillando zonas de proyección de musculatura cargada y tejidos que se perciben congestionados (abdomen hinchado)

Mioestimulación 1

Para hacer mioestimulación reguladora de la función y reparación muscular

9. Myo 1:

Se aplica con electrodos externos dobles (campanas), en posición proximal y distal de músculos, desplazando lentamente sobre su longitud.

10. Myo 1 AM:

Aplicación estática de los electrodos en punto proximal y distal de inserción muscular. AM genera las pausas

Mioestimulación 2

Para hacer mioestimulación reguladora de la función y reparación de músculos debilitados

11. Myo 2:

Se aplica con electrodos externos dobles (campanas), en posición proximal y distal de músculos, desplazando lentamente sobre su longitud.

12. Myo 2 AM:

Aplicación estática de los electrodos en punto proximal y distal de inserción muscular. AM genera las pausas

13. Myo Deep

Electromasaje profundo de tejidos blandos. Acción analgésica, antiedema, desinflamante y mioestimulante. Valido también para PGM. Gama de barridos de frecuencia mas baja que en el TP.

14. Joint trauma

Se aplica con electrodo coaxial o electrodos dobles en modo estático sobre los puntos afectados

15. Joint Acute

Se aplica con electrodo coaxial o electrodos dobles en modo estático sobre los puntos afectados

16. Joint Chronic

Se aplica con electrodo coaxial o electrodos dobles en modo estático sobre los puntos afectados

17. Nerve Stim

Se aplica sobre el recorrido de un nervio con el electrodo coaxial en modo dinámico o con electrodos externos en modo dinámico.

Se dispone sobre las distintas pociones del nervio, llegando finalmente a posición proximal y distal del electrodo.

18. Spastic

Se aplica con electrodos externos dobles, proximal y distal sobre la proyección de fibras espásticas durante 2 min. En modo estático

19. Sentivity

Doble electrodo proximal (C2) y distal (dedos, palma, planta). Tiempo 7 min.

20. NS Central

Neuroestimulación de la conducción y trofismo de fibras nerviosas. Rehabilitación en paresis y lesiones nerviosas.

Se aplica en modo estático.

También como tratamiento regenerativo de tejidos.

21. NS Peripheric

Neuroestimulación de la conducción y trofismo de fibras nerviosas. Rehabilitación en paresis y lesiones nerviosas.

Se aplica en modo dinámico.

También como tratamiento regenerativo de tejidos.

22. Sport prep

Preparación de músculos y ligamentos para el esfuerzo. Acción preparatoria trófica de músculos y ligamentos para la sobrecarga.

Aplicación estática con dobles electrodos. Es como un TP con AM.

23. Sport after

Tratamiento de músculos y ligamentos tras la actividad física. Efecto de requilibrio muscular, drenage linfatco y desinflamante.

Es equivalente al Myo 1 incorporando damping para permitir mayor energía.

24. Milk Acid

Favorece la eliminación de ácido láctico de los músculos tras el ejercicio intenso. Se aplica en modo dinámico con electrodo coaxial o dobles.

25. Sup. Massage

Se aplica en modo dinámico a modo de masaje como estimulación fuerte superficial para drenar y relajar a nivel superficial.

Prepara el tejido superficial en el tratamiento estético

Dermatitis

26. Cell Activ.

Se aplica en modo dinámico muy lento con el objeto de promover la estimulación del metabolismo y fisiología celular.

Se puede apicar con electrodo coaxial o con campanas.

Para tejidos que requieren revitalización y regeneración.

27. Scars

Se aplica en modo dinámico muy lento con el objeto de promover la estimulación del metabolismo y fisiología celular.

Se puede apicar con electrodo coaxial o con campanas.

Para tejidos que requieren revitalización y regeneración.

28. Substance

Efecto de electroforesis de sustancias tópicas. Se aplica la sustancia y pasado un tiempo se ayuda a su penetración mediante el electrodo coaxial.

29. Fast aid

El dispositivo pone en marcha un nuevo mecanismo de interacción, mediante el cual, al deslizar el electrodo y detectar asimetría, produce de forma automática un aumento de la frecuencia y de los paquetes de intensidad. Se emplea para tratamiento rápido de procesos agudos. Aplicación dinámica con eletrodo coaxial.

30. NP Acute

Corresponde al ajuste de Sw1.

Se denomina de este modo refiriéndose com “Neuro Point Acute” para regular o tratar un punto nervioso prioritario, como es el caso de la neuromodulación no invasiva que se hace con scenar.

31. FMVar

Es la nomenclatura que se emplea cuando seleccionamos en ajustes FM On y Damping Variable.

Este preset o ajuste se emplea para tratar de forma adicional el punto prioritario donde hemos hecho cero.

Sirve también como modo de neuromodulación.

32. Irradiation